



Pumpestart

Pumpestart dokument

Pumpefunktioner og sikkerhedscheckliste – at starte med insulinpumpe

For at du skal få så god en start på din insulinpumpebehandling som muligt er det vigtigt, du får tilstrækkelig med information. Det er dit ansvar at betjene pumpen korrekt i din egenbehandling. Vi har lavet en checkliste, som kan hjælpe dig med at kontrollere hvilken information du har fået. Læs den gerne selv og stil spørgsmål allerede fra start. Kryds af efterhånden. Tænk også på, du kan have fået informationen ved andre lejligheder!

Introduktion	Sikkerhed	Øvrig information
<p>Egenomsorg</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hyperglykæmi<input type="checkbox"/> Forebyggelse af ketoacidose<input type="checkbox"/> Hypoglykæmi<input type="checkbox"/> Skift af infusionssteder<input type="checkbox"/> Nødudrustning – akutkit <p>Forstå pumpebehandling</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Basaldosis<input type="checkbox"/> Bolusdosis – måltidsbolus<input type="checkbox"/> Insulintype – korttidsvirkende (ingen insulindepot) <p>Grundlæggende funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sætte batteri i<input type="checkbox"/> Knapfunktioner<input type="checkbox"/> Skift af batterilåg<input type="checkbox"/> Skift af ampullåget<input type="checkbox"/> Bekræft menuen<input type="checkbox"/> Startskærm – Tid/datomeny<input type="checkbox"/> Hovedmenu<input type="checkbox"/> Sætte på og fjerne clipsen <p>Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tid og dato<input type="checkbox"/> Basaldosis<input type="checkbox"/> Kontrollere basaldoser<input type="checkbox"/> Midlertidig basal<input type="checkbox"/> Bolusdosis<input type="checkbox"/> Afbryde påbegyndt bolusdosis<input type="checkbox"/> Max basal<input type="checkbox"/> Max bolus<input type="checkbox"/> Max daglig total<input type="checkbox"/> Historikmenu	<p>Sikkerhedsfunktioner</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Advarsler og alarmer<input type="checkbox"/> Lav insulinniveau<input type="checkbox"/> Okklusion<input type="checkbox"/> Lækage<input type="checkbox"/> Knaplås<input type="checkbox"/> Magnetfelt <p>Reservoir og infusionsæt</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Vigtigheden af håndhygiejne<input type="checkbox"/> Forskellige typer af infusionsæt<input type="checkbox"/> Klargøre stempelstangen<input type="checkbox"/> Fylde reservoir (ampul)<input type="checkbox"/> Fjerne luftbobler<input type="checkbox"/> Applicere infusionsættet<input type="checkbox"/> Koble reservoir og infusionsæt<input type="checkbox"/> Prime/Rewind<ul style="list-style-type: none">- Rewind- Isæt ampullen- Prime- Fylde nålen<input type="checkbox"/> I forbindelse med infusionsætskifte og priming skal pumpen altid være koblet fra kroppen <p>Fejlsøgning</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Højt blodsukker, hvad kan være årsag til det?<input type="checkbox"/> Hvad skal man tænke på?<input type="checkbox"/> Frekvens for skift af reservoir og infusionsæt<input type="checkbox"/> Insulinsvigt og ketoner<input type="checkbox"/> Kulde og varme<input type="checkbox"/> Blod i slangen	<p>Beskytte og passe sin Pumpe</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Rubin Medicals pumpe-support på dansk døgnet rundt Tel: 70 27 52 20<input type="checkbox"/> Lånepumpe ved udlandsrejse<input type="checkbox"/> Forskellige måder at bære pumpen<input type="checkbox"/> Hvordan beskyttes pumpen<input type="checkbox"/> Beskytte skærmen mod ridser<input type="checkbox"/> Daglig kontrol af pumpen før du går i seng og står op <p>At leve med Pumpe</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hvornår kan eller skal pumpen tages af?<input type="checkbox"/> Hvor længe kan pumpen være koblet fra?<input type="checkbox"/> Skriv altid dit aktuelle basalprogram ned og gem det <p>Værd at vide</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hvor effektiv er pumpebehandling i sammenligning med penbehandling?<input type="checkbox"/> Hvad indgår i garantien?<input type="checkbox"/> Pumpetilbehør – bestilles efter aftale med afdelingen og firmaet 

DK-1053-14111

Ifølge loven er vi forpligtet til, at have sporbarhed af vores produkter. Dette betyder, at vi skal være i stand til, at kunne kontakte dig med vigtige oplysninger, hvis det er nødvendigt. Vi beder dig hjælpe os ved at udfylde nedenstående formular.

Det udfyldte dokument kan sendes direkte til vores lokale produktspecialist eller gives til sygeplejersken.

Obligatoriske oplysninger

Pumpens serienr.: _____ Pumpestartsdato: _____

Pumpebrugerens navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____ Tel: _____

Fødselsdato _____

E-mailadresse: _____

Frivillige oplysninger

Hvilket sygehus/afdeling er du tilknyttet? _____

Hvad hedder din diabetessygeplejerske/læge? _____

	Ja	Nej
Vil du have nyhedsbrev via E-post?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har du tidligere haft pumpe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hvis **Ja**, Hvilken model og mærke? _____

Hvilket infusionssæt har du valgt? _____

Vær venlig at skrive under på, du har fået informationen som findes i checklisten på næste side.

Pumpebrugerens underskrift: _____ (alt. forældrenes underskrift)