

TRIN 5

- > Kontroller at ALLE tidssegmenter er korrekt indskrevet i kronologisk orden og at alle indstillinger er blevet overført.
- > Programmer ALLE indstillinger jævnfør tabellen over i din t:slim X2™ insulinpumpe. Kontroller at Total Basal er korrekt.

TRIN 6

CGM-INDSTILLINGER	
<input type="checkbox"/>	Advarsel HØJ: Gentag efter _____ min
<input type="checkbox"/>	Advarsel LAV: Gentag efter _____ min
<input type="checkbox"/>	Hastighed STIGENDE: <input type="checkbox"/> 0,11 mmol/l <input type="checkbox"/> 0,17 mmol/l
<input type="checkbox"/>	Hastighed FALDENDE: <input type="checkbox"/> 0,11 mmol/l <input type="checkbox"/> 0,17 mmol/l
<input type="checkbox"/>	Udenfor rækkevidde: _____ min
	Lydstyrke: <input type="checkbox"/> Vibration <input type="checkbox"/> Lav <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Høj

Bemærk: Ved anvendelse af Control-IQ™-teknologi findes der faste advarsler udover CGM advarslen "Høj" og "Lav". "Besked Control-IQ Høj" og "Besked Control-IQ Lav," kan ikke slås fra.

TRIN 7

ALGORTIME			
Basal-IQ™-teknologi: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TIL <input type="checkbox"/> FRA	Control-IQ™-teknologi: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TIL <input type="checkbox"/> FRA
Stop besked:	<input type="checkbox"/> TIL <input type="checkbox"/> FRA	Vægt:	
Genoptag besked:	<input type="checkbox"/> TIL <input type="checkbox"/> FRA	Total daglig insulin:	